

OGŁOSZENIE o udzielanym zamówieniu

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, zaprasza do składania ofert na **dostawę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)**.

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

I. Zamawiający

**INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa **systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)** szczegółowo opisanego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z transportem, rozładowaniem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest również:

- przeszkolenie, dwustopniowe w siedzibie Zamawiającego. I stopień szkolenia - w trakcie instalacji do poziomu umożliwiającego obsługę aparatu, II stopień szkolenia – po okresie samodzielnej pracy. II stopień szkolenia musi się odbyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 12 miesięcy od daty instalacji systemu a jego dokładny termin musi być uzgodniony z Zamawiającym.
- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 24 miesięcy

Dostarczony **Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.**

Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot zamówienia.

Szczegółowe warunki gwarancji zostały wskazane poniżej:

a) terminy:

Nazwa urządzenia	Czas reakcji	Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego	Wymiana urządzenia lub podzespołu	Minimalny okres gwarancji
systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)	Max. 72 h	Max. 14 dni roboczych	Max. 28 dni roboczych	24 miesiące

- b) przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, gdzie dostarczono aparat, liczony od momentu zgłoszenia awarii,
- c) przez czas naprawy w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy (regulacja aparatu, naprawa usterek); termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać,
- d) gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy aparatu wraz z niezbędnymi częściami, materiałami i kosztami specjalisty,