

Poznań, dnia 04.07.2022 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania PN 554-2022 na dostawę systemu chromatografii żelowej z poczwórną detekcją

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zadali następujące pytania:

W Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Minimalne wymagania jakościowe (parametry techniczne) w wierszu 1 tabeli dotyczącej charakterystyki zintegrowanego chromatograficznego modułu GPC/SEC opisane zostało: zakres pracy pompy bezpulsacyjnej umożliwiający wykonywanie analiz ma mieścić się pomiędzy 0,005 a 10 ml/min.

Pytanie 1

Czy dopuście Państwo urządzenie, które posiada pompę bezpulsacyjną pracującą w zakresie przepływu od 0,01 do 10 ml/min?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zakresu przepływu pompy.

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA, podpunkt 2 d) – warunkiem dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej jest wykazanie, że Wykonawca w przeciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie systemu chromatografii żelowej z poczwórną detekcją, o wartości minimum 500 000 zł brutto każda.

Pytanie 2

Czy dopuście Państwo oświadczenie wykazujące, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie systemu chromatografii żelowej z poczwórną detekcją, o wartości minimum 500 000 zł brutto każda?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu.

W propozycji umowy zawartej w SWZ, zawarte są następujące zapisy:

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 3. ust. 2. widnieje zapis:

„Wynagrodzenie zostanie zapłacone w dwóch częściach:

a) Pierwsza część, w wysokości 80 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej płatna będzie po podpisaniu częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

b) Druga część, w wysokości 20 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej płatna będzie po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.”

Pytanie 3

Czy dopuście Państwo zmianę § 3. ust. 2. na zapis:

„Wynagrodzenie zostanie zapłacone w jednej części w wysokości 100% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej płatne będzie po podpisaniu częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.”?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 3. ust. 7 widnieje zapis:

„Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane przez Strony protokoły zdawczo-odbiorcze, których wzory stanowią załączniki nr 2 i 3 do umowy. Częściowy protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zostanie po dostarczeniu, instalacji Urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu oraz po przeprowadzeniu wstępnego szkolenia dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. Końcowy protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zostanie po przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla maksimum 10 wskazanych przez Zamawiającego osób. Wszystkie prace związane z dostawą Urządzenia prowadzone będą na koszt Wykonawcy.”

Pytanie 4

Czy dopuścicie Państwo zmianę § 3. ust. 7. na zapis:

„Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisane przez Strony częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego, których wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Częściowy protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zostanie po dostarczeniu, instalacji Urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu oraz po przeprowadzeniu wstępnego szkolenia dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. Końcowy protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony zostanie po przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla maksimum 10 wskazanych przez Zamawiającego osób.”

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 3. ust. 10. widnieje zapis:

„Po podpisaniu przez Strony częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę na 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostałe 20% wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.”

Pytanie 5

Czy dopuścicie Państwo zmianę § 3. ust. 10. na zapis:

„Po podpisaniu przez Strony częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 5. ust. 4 widnieje zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6

Czy dopuścicie Państwo zmianę § 5. ust. 4 na zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 ust. 6.”?

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 5. ust. 9 widnieje zapis:

„Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto.”

Pytanie 7.

Czy dopuścicie Państwo zmianę § 5. ust. 9 Załącznika nr 7 do SWZ na:

„Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto.”?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

W Załączniku nr 7 SWZ (PROJEKT UMOWY nr 554/2022) § 7. ust 4 widnieje zapis:

„Wymiana Urządzenia w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku jego istotnej awarii; za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie niemożliwe do naprawy zgodnie z ust. 2 lit c) powyżej.

Wymiana Urządzenia na nowe powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy.”

Pytanie 8.

Czy dopuścicie Państwo zmianę § 7. ust 4 na zapis:

„W przypadku istotnej awarii urządzenia, w okresie objętym gwarancją, nastąpi wymiana niesprawnego modułu urządzenia lub jego części, po ekspertyzie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Za istotną awarię przyjmuje się każde uszkodzenie niemożliwe do naprawy zgodnie z ust. 2 lit c) powyżej.”?

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu.